



認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS の校正事業者として認定する。

認定識別 : JCSS 0345 Calibration

適合性評価機関の名称 : 有限会社三協インターナショナル 校正センター

法人の名称 : 有限会社三協インターナショナル

適合性評価機関の所在地 : 茨城県つくば市田中1761

認定範囲 : 質量(詳細は別紙のとおり)

認定要求事項 : ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書 (JCSS 認定)

(第2版) 6項に定める認定要求事項

認定発効日 : 2020年3月26日

認定の有効期限 : 2024年3月25日

(初回認定発効日 : 2020年3月26日)

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 山本 健一



- ・ IAJapan (独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋認定協力機構) の MRA (相互承認取決め) に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・ この事業者は ISO/IEC 17025: 2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・ 本認定証は、発行日時点の認定情報であり、最新の認定情報は IAJapan のホームページで確認することができます。

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：2020年3月26日

国際MRA対応初回認定発効日：2020年3月26日

校正手法の区分の呼称[登録（認定）年月日]：分銅等[2020年3月26日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の 呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約95%)
分銅等	分銅	1 mg	0.006 mg
		2 mg	0.006 mg
		5 mg	0.006 mg
		10 mg	0.008 mg
		20 mg	0.010 mg
		50 mg	0.012 mg
		100 mg	0.016 mg
		200 mg	0.020 mg
		500 mg	0.025 mg
		1 g	0.03 mg
		2 g	0.04 mg
		5 g	0.05 mg
		10 g	0.06 mg
		20 g	0.08 mg
		50 g	0.10 mg
		100 g	0.16 mg
		200 g	0.3 mg
		500 g	0.8 mg
		1 kg	1.6 mg
		2 kg	3.0 mg
	5 kg	8.0 mg	
	10 kg	16 mg	
	20 kg	30 mg	
	おもり	10 g 以上 20 g 未満	0.6 mg
		20 g 以上 50 g 未満	0.8 mg
		50 g 以上 100 g 未満	1.0 mg
		100 g 以上 200 g 未満	1.6 mg
		200 g 以上 500 g 未満	3.0 mg
		500 g 以上 1 kg 未満	8.0 mg
1 kg 以上 2 kg 未満		16 mg	
2 kg 以上 5 kg 未満		30 mg	
5 kg 以上 10 kg 未満		80 mg	
10 kg 以上 20 kg 未満		0.16 g	
20 kg 以上 25 kg 以下	0.30 g		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。